



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

BİOTEST KALİBRASYON LABORATUAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adres: PİRİÇELEBİ MAH. CUMHURİYET CAD. BAŞOĞLU HAN No:93/701 MERKEZ/RİZE Rize / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0135-K

Akreditasyon Tarihi : 16.09.2014

Revizyon Tarihi / No : 23.02.2026 / 10

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 27.12.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Güliden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Güliden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0135-K	BİOTEST KALİBRASYON LABORATUAR HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
	Akreditasyon No : AB-0135-K Revizyon No: 10 Tarih: 23.02.2026			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
Adresi : PİRİÇELEBİ MAH. CUMHURİYET CAD. BAŞOĞLU HAN No:93/701 MERKEZ/RİZE Rize / Türkiye		Telefon : 0464 201 0054 Fax : 0464 201 0056 E-Posta : bilgi@bio-test.com.tr Web Sitesi : www.bio-test.com.tr		
Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)				
Tartı Aletleri				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği ($k=2$)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Otomatik Olmayan Tartım Cihazları Terazi	$m \leq 500 \text{ mg}$	E_2 sınıfı kütle ile	$1,1 \cdot 10^{-4}$	m : Maksimum tartım kapasitesi EURAMET/cg-18 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü. (*) Müşterinin yerinde
Otomatik olmayan tartım cihazları Terazi	$m \leq 5000 \text{ g}$	F_1 sınıfı kütle ile	$1,1 \cdot 10^{-5}$	m : Maksimum tartım kapasitesi EURAMET/cg-18 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü. (*) Müşterinin yerinde
Otomatik olmayan tartım cihazları Terazi	$m \leq 300 \text{ kg}$	M_1 sınıfı kütle ile	$1,6 \cdot 10^{-4}$	m : Maksimum tartım kapasitesi EURAMET/cg-18 dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü. (*) Müşterinin yerinde

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

